



RETIFICAÇÃO DE EDITAL 01

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018

O **Município de Bom Jardim de Minas**, com endereço à Av. AVENIDA DOM SILVÉRIO, 170 – CENTRO, Bom Jardim de Minas – CEP: 37310-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.684.217/0001-23, através do Pregoeiro Danilo Pedrosa Carvalho, torna público a todos os interessados em participar do referido certame, a retificação do Edital Pregão Eletrônico 004/2018, com a alteração das seguintes informações:

1. Inclusão do item 1.13 na Seção VII do Edital, conforme abaixo:

1.13. As empresas que cotarem equipamentos/materiais hospitalares, deverão apresentar:

1.13.1. Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitido pela Anvisa;

1.13.2. Comprovação de regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em original ou por meio de cópia autenticada do registro ou da isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário.

2. Alteração dos itens 1 e 15 constante do Item “1- OBJETO” e Item “4 ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA”, do Termo de Referência, Anexo I do Edital, conforme abaixo:

Item 1 - Onde se lê” ***“Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - capacidade de 6 a 10 litros. Suporte sobre rodízios. Válvula de segurança. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Frasco coletor: Capacidade de mínima de 3 litros, termoplástico/vidro, autoclavável. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts. . Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Gabinete resistente à corrosão com rodízios e com freio. Filtro de ar. Proteção contra extravasamento ou com limitador de nível. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento”***



Leia – se: **Aspirador de Secreções Elétrico Móvel** - capacidade de 6 a 10 litros. Suporte sobre rodízios. Válvula de segurança. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Frasco coletor: termoplástico/vidro, autoclavável. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts. . Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Gabinete resistente à corrosão com rodízios e com freio. Filtro de ar. Proteção contra extravasamento ou com limitador de nível. Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento.

Item 15 – Onde se lê **“Desfibrilador Externo Automático - Portátil, compacto, leve, microprocessado, alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável pacientes adultos e pediátricos, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, 03 eletrodos. Mínimo 200 choques. Tela ECG. 110/220 volts. Anula Carga Descarga interna após 30 segundos. Bateria De Lithium - polímero recarregável, Pack de baterias. Modo de desfibrilação infantil 01 a 08 anos de idade. Acessórios: 01 eletrodo”**

Leia – se: “Desfibrilador Externo Automático - Portátil, compacto, leve, microprocessado, alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável pacientes adultos e pediátricos, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015. Mínimo 200 choques. Tela ECG. 110/220 volts. Anula Carga Descarga interna após 30 segundos. Bateria De Lithium - polímero recarregável, Pack de baterias. Modo de desfibrilação infantil 01 a 08 anos de idade. Acessórios: 01 eletrodo”

3. Alteração da data de recebimento de propostas, tendo em vista o acolhimento de impugnação. Recebimento das propostas até dia 02/10/2018 às 9:00 hs. Abertura de propostas dia 02/10/2018 às 9:05hs. Início da fase de lances dia 02/10/2018 às 9h30min da data de recebimento e abertura das propostas para o dia 02/10/2018 às 9:00.

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital.

Bom Jardim de Minas, 13 de setembro de 2018.

Danilo Pedrosa Carvalho
Pregoeiro